



Lausanne, le 10 juin 2010

Utilisation inadéquate d'un autopiqueur lors de prises de sang capillaires à la Policlinique médicale universitaire (PMU) à Lausanne

Le Service d'angiologie de la PMU et du CHUV a découvert le 7 mai dernier qu'un type d'autopiqueur employé lors de prises de sang capillaires, au bout d'un doigt, avait été utilisé de manière inappropriée. Cette erreur s'est produite entre janvier 2008 et mars 2010, lors de prises de sang auprès de 277 patients ambulatoires.

L'appareil à l'origine de l'erreur est habituellement utilisé pour un seul patient. Dans le cas présent, il a été employé pour plusieurs patients successifs. Même si l'aiguille a été systématiquement changée entre chaque patient, on ne peut exclure totalement que certaines personnes aient été mises en contact avec du sang provenant d'un autre patient. Il en résulte un risque possible de contamination estimé par les spécialistes comme étant inférieur à 1 pour 1000.

Dès le 7 mai, la PMU et le CHUV ont immédiatement tout mis en œuvre pour lever le moindre doute à ce sujet. Il a d'abord fallu identifier les patients concernés, puis ceux-ci ont pu être avertis par lettre recommandée. Ils sont invités à consulter à la PMU pour une information et pour des analyses spécifiques si besoin. L'entier des coûts engendrés par ces consultations sera pris en charge par la PMU et le CHUV, qui assureront en outre le suivi des patients aussi longtemps que nécessaire.

Le médecin cantonal a été averti. Il procédera rapidement à une vérification pour déterminer si l'erreur identifiée à la PMU a pu se produire ailleurs. Il rappellera également les précautions que nécessite l'emploi de tels dispositifs. A la PMU et au CHUV, des mesures immédiates ont été prises pour éliminer ces appareils multiusages. Ceux-ci ont été remplacés par des appareils à usage unique.

Contact :

- **Professeur Alain Pécoud, Directeur de la PMU, (+41) 021 314 60 66**
alain.pecoud@hospvd.ch
- **Chantal Diserens, Service de communication de la PMU, (+41) 079 409 29 01**
chantal.diserens@chuv.ch