

Dépistage et suivi des hépatites virales aiguës et chroniques

HDV : Tests proposés, spécificités, matériels nécessaires et facturation

Intitulés	Type de test	Matériels acceptés et volumes requis	Conditions pré-analytiques	Positions LA	Points LA
Anti-HDV totaux	Test sérologique qualitatif détectant les anticorps anti-HDV IgG et IgM simultanément	4.9 ml sang-EDTA/sérum ou 1 ml décanté		3074.00	26.1
HDV RNA Virémie par PCR quantitative	Quantification de l'ARN du HDV par PCR quantitative	7.5 mL Plasma EDTA ou 1.2 ml décanté	Arrivée au laboratoire, <24 heures après prélèvement ou décanté congelé.	3078.00	119.7

CONTACT**RESPONSABLE ANALYTIQUE**

Rachel MAMIN, TAB cheffe de service adjointe
rachel.mamin@chuv.ch, +41 21 314 0580

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Prof. Matthieu PERREAU, Biologiste, FAMH
matthieu.perreau@chuv.ch, +41 79 556 4166