

1. Description générale

L'ordonnance sur la radioprotection (ORaP 814.501) du 26 avril 2017 stipule qu'un instrument de mesure approprié, destiné à contrôler le débit de dose, doit être en tout temps à disposition dans les locaux dans lesquels sont utilisées des sources radioactives. La notice de l'Office fédéral de la santé publique sur les *Instruments de mesure de radioprotection, exigences minimales posées à l'utilisation en zones contrôlées* (Notice L-09-03) définit de quelle manière les contrôles de qualité doivent être réalisés.

L'institut de radiophysique (IRA) est à même de procéder à l'étalonnage d'instruments de mesure du débit de dose non soumis à des vérifications obligatoires.

2. Comment procéder

Les personnes désirant faire étalonner un dosimètre individuel à alarme, sont priées de s'inscrire à l'avance, en remplissant le formulaire correspondant (disponible sur notre site web <http://www.chuv.ch/ira>, rubrique Prestations) et de l'envoyer par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante :

CHUV - Institut de radiophysique
Groupe de radiométrie
Rue du Grand-Pré 1
1007 Lausanne
E-mail: Sandrine.Zufferey@chuv.ch

La personne responsable prendra alors contact avec le demandeur afin de convenir d'une date pour l'envoi de l'instrument.

L'instrument ne doit présenter aucun défaut majeur de fonctionnement (valeurs incohérentes, message d'erreur, sonde visiblement endommagée...) et doit être munis de piles en bon état.

L'instrument doit être envoyé dans un emballage tel qu'il puisse être utilisé pour le retour.

Le retour des instruments se fait par Poste en colis Signature et Fragile. Si vous désirez qu'une autre entreprise se charge du retour de vos appareils, veuillez le mentionner sur la feuille d'inscription.

3. Émoluments

Selon l'ordonnance sur les émoluments de vérification (OEmV 941.298.1) du 23 novembre 2005, la vérification d'un instrument coûte CHF 165.-.

Par analogie, l'étalonnage d'un dosimètre individuel à alarme est également fixé à CHF 165.- (+ TVA).